



ING. ROBERTO ALEXIS VARGAS VALENCIA
 INSTALACIONES ELECTRICOS, ELECTRONICAS, SISTEMA DE
 CONTROL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TELECOMUNICACIONES,
 SISTEMAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE AUDIO
 RUC:1803225695001

CONTRATO No. UA-C-ADM-2022-010 PROCESO No: R-SIE-UA-026-2022.

OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Dirección: DIRECCION :BOYACA Y 10 DE AGOSTO,
E-mail: [CORREO: info@uarte.edu.ec](mailto:info@uarte.edu.ec)
Ruc:
Ciudad: Guayaquil
Teléfono: 593 42590700

Tipo de visita

Instalación Revisión Mantenimiento Reparación

Datos de equipos:


BIEN : CONSOLA ANALOGA DE 12CANALES/INCLUYE CLAVE DE PODER **CODIGO:** 17182286
MARCA: MGP12 **ESTADO:** DESHABILITADO
MODELO: UCSY01020
RECOMENDACIÓN/DAÑO: YAMAHA **FECHA:** lunes, 19 de diciembre de 2022

MANTENIMIENTOS: Mantenimiento de inputs, ouputs, faders. Presentan ruidos de tierra o suciedades internas.

Detalle del equipo y estado



Revisión del equipo



Trabajo Realizado:

Mantenimiento de inputs, ouputs, faders. Presentan ruidos de tierra o suciedades internas.
 Limpiza general de los compuestos electronico
 Revisión de los fader
 Prueba del equipo
 remover y limpieza del oxido del equipo
 Pintura en la area afectada del oxido
 Revisión de voltaje
 EQUIPO ESTA ACTIVO Y FUNCIONAL

No Cumple Cumple

Trabajo Realizado	No Cumple	Cumple
Mantenimiento de inputs, ouputs, faders. Presentan ruidos de tierra o suciedades internas.		
Limpiza general de los compuestos electronico		
Revisión de los fader		
Prueba del equipo		
remover y limpieza del oxido del equipo		
Pintura en la area afectada del oxido		
Revisión de voltaje		
EQUIPO ESTA ACTIVO Y FUNCIONAL		

Msc. Carlos Mejía Gallegos
 Analista 1 de Logística y eventos
 Universidad de las Artes

Ing. Roberto Alexis Vargas Valencia
 CI: 1803225695
 CONTRATISTA